

Produkt
Product
Produit:

AquaScat S

Seriennummer
Serial No.
Numéro de série

Definition / Définition

Das oben genannte Photometer wurde im Werk in Anlehnung an DIN EN ISO 7027 mit Formazin Standardlösung und dem Referenzgerät S/N 240001 kalibriert. Die Feststoff-Referenz bleibt über die Lebensdauer des Photometers stabil. Die Messwerte sind in FNU angegeben.

This photometer was calibrated at the factory based on DINEN ISO 7027 with formazine standard solution and reference instrument S/N 240001. The solid reference remains stable over the service life of the photometer. The measured values are shown in FNU.

Le photomètre susmentionné a été étalonné en usine à l'aide de solution standard de formazine et l'appareil de référence S/N 240001 suivant la norme DIN EN ISO 7027. La référence solide reste stable pendant la durée de vie du photomètre. Les valeurs de mesure sont indiquées en unités FNU.

Messwerte / Measured Values / Valeurs mesurées

Messpunkt Measurement point Point de mesure		Referenzgerät Reference instrument Appareil de référence	Kundengerät Customer instrument Appareil du client	Toleranz Tolerance Tolérance	Erfüllt Fulfilled Réalisé
Urkalibrierung Reference calibration Calibration de référence				±1.0%	✓
Test bei ca. Test at approx. Test à environ	60 FNU			±1.5%	✓
	40 FNU			±1.5%	✓
	20 FNU			±1.5%	✓
	12 FNU			±1.5%	✓
	4 FNU			±1.5%	✓
Gefiltertes Wasser Filtered water Eau filtrée				< 0.015	✓
Feststoff-Referenz Solid reference Référence solide				±0.5%	✓
Test bei 4000 FNU Test at 4000 FNU Test à 4000 FNU				±1.5%	✓

Bestätigung / Confirmation

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 This document was issued digitally and is therefore valid without signature.
 Ce document d'origine numérique est du fait valide sans signature.

Ort Location Lieu	Datum Date	Visum Initials Initiales
-------------------------	---------------	--------------------------------

Ennetbürgen,