

Produkt  
Product  
Produit

## ColorPlus 3 Nitrat

Seriennummer  
Serial No.  
Numéro de série

Softwareversion  
Softwareversion  
Version du logiciel

### Definition / Définition

Das oben genannte Photometer ist als Absorptionsmessgerät konzipiert, welches Durchlässigkeiten misst. Zuerst wird mit entionisiertem Wasser ein 100%-Abgleich durchgeführt. Anschliessend werden überprüft:

- Interne Kontrollfilter (bleibt stabil auf Lebenszeit des Photometers)
- Nitratwerte mit Nitratlösungen und dem Referenzgerät S/N 434002

The above named photometer is designed as an absorption measuring instrument for measuring transparency. First, a 100% adjustment is performed with deionized water. Afterwards the following is checked:

- Internal checking filters (remain stable over the service life of the photometer)
- Nitrate values with nitrate solutions and the reference device S/N 434002

Le photomètre susmentionné est conçu comme appareil de mesure d'absorption, mesurant la transparence. On procède d'abord à l'ajustement 100% avec de l'eau déionisée. Ensuite est vérifié:

- Le filtre de contrôle interne fourni avec l'appareil (reste stable pendant la durée de vie du photomètre)
- Valeurs des nitrates avec des solutions de nitrates et le dispositif de référence S/N 434002

### Kontrollfilter / Checking filter / Filtre de référence

Messpunkt Measurement point Point de mesure	Kanal 1 Channel 1 Canal 1
Interner-Kontrollfilter Internal checking filter Filtre de référence. interne	

### Messwerte / Measured Values / Valeurs mesurées

Messpunkt Measurement point Point de mesure	Referenzgerät Reference instrument Appareil de référence	Kundengerät Customer instrument Appareil du client	Toleranz Tolerance Tolérance	Erfüllt Fulfilled Réalisé
Entionisiertes Wasser Deionized water Eau déionisée			±0.1 mg/l	✓
Test bei ca. Test at approx. Test à environ	70 mg/l		±1%	✓
	40 mg/l		±1%	✓
	20 mg/l		±1%	✓
	5 mg/l		±0.1 mg/l	✓

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
This document was issued digitally and is therefore valid without signature.  
Ce document d'origine numérique est du fait valide sans signature.

Ort	Datum	Visum
Location	Date	Initials
Lieu		Initiales

Ennetbürgen, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_